# Comment utiliser le **Test de détection antigénique rapide Panbio™**

## AVANT

Mouchez-vous et lavez-vous les mains avec du savon

## 1 INSTALLATION




Tournez le couvercle du flacon de liquide tampon




Verser tout le liquide tampon dans le tube test

Placez le tube test rempli dans le support de tubes

## 2 PRÉLÈVEMENT




Décollez l'emballage et retirez la tige nasale




Insérer la tige dans la partie supérieure de la gorge et des amygdales

Frotter la tige nasale contre la partie supérieure du fond de la gorge. **Éviter la langue, les dents et les gencives.**




Insérer la même tige nasale jusqu'à **0,5 po** à l'intérieur de la narine. Tournez **5 fois dans chaque narine** et laissez la tige en place pendant **10 secondes**; gauche et droite.

## 3 PRÉPARATION

**A**

Faites tourner l'écouvillon doucement et lentement dans le liquide **5 fois**, en le pressant contre les parois du tube




**B**

Pincez délicatement le tube pour extraire le liquide tout en retirant l'écouvillon




Vissez le bouchon sur le tube

Cassez l'écouvillon au niveau du point de rupture où il y a une indentation. Laissez l'écouvillon dans le tube

## 4 DÉPISTAGE

* Placez le test sur une surface plane et ne pas le toucher pendant le temps d'attente



Déposez **5 gouttes** dans la cartouche du test et attendre **15 minutes**

Voici l'exemple d'un test positif, d'un test négatif et d'un test invalide




**Si le résultat est invalide, refaites le prélèvement nasal avec un nouveau kit.**

* Si votre test rapide est **NÉGATIF**, vous devez **effectuer un 2e test 48 h plus tard**

**Si vous êtes POSITIF, veuillez téléphoner à la ligne Info-Covid : 1-888-662-7482**

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖅ ᑲᑎᕝᕕᒃ
RÉGIE RÉGIONALE DE LA NUNAVIK HEALTH AND SOCIAL SERVICES BOARD
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK